

Ytmiljödepartementet (fiktivt)

Förslag till föreskrifter om mätmetoder för glans vid tillsyn

Ytskyddsmyndigheten har tagit del av promemorian och lämnar följande yttrande. Myndigheten tillstyrker att en gemensam mätmetod för glans fastställs för tillsynen, men vill påpeka att förslaget i paragraf 3 avviker från den mätvinkel på 60 grader som följer av YSFS 2020:1. Enligt förslaget ska ytor med glans under 10 GU mätas vid 85 grader.

Myndigheten påpekar att en mätning vid 85 grader inte är jämförbar med de mätningar som ligger till grund för Ytläget 2026. Myndigheten förordar i stället att låg glans beskrivs i en bilaga och att mätningarna vid 60 grader kompletteras med en angiven mätosäkerhet. Rapport 2026:3 visar en repeterbarhet vid 60 GU på 0,2 GU och en reproducerbarhet på 0,6 GU mellan laboratorier, med täckningsfaktor 2. Dessa värden bör anges i föreskriften.

Myndigheten noterar att promemorian i paragraf 5 anger att ett medelvärde av tre mätningar är tillräckligt. Myndigheten förordar att medelvärdet av tio mätningar per yta används, enligt myndighetens metod. Ringtestet i Rapport 2026:4 visade att ett laboratorium hade en Mandels k på 1,77 vid 15 GU, vilket överskrider tumregeln 1,5. Ett färre antal mätningar ökar känsligheten för sådana avvikelser.

Förslaget bedöms medföra begränsade kostnader. Myndigheten föreslår att föreskriften kompletteras med krav på kalibrering med certifierad referensplatta minst en gång per år, och att konsekvenserna för befintliga glansmätare utreds. Myndigheten tillstyrker förslaget med de ändringar som anges ovan.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kerstin Wallgren. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Lars-Göran Edfeldt deltagit. Föredragande har varit chefsjuristen Linnéa Forsberg.

Kerstin Wallgren

Linnéa Forsberg