

Ytmiljödepartementet (fiktivt)

Promemorian Mindre ändringar i föreskrifter om glansmätning

Ytskyddsmyndigheten har tagit del av promemorian Mindre ändringar i föreskrifter om glansmätning (Ytm 2026/174) och lämnar följande yttrande.

Myndigheten tillstyrker förslaget i de delar som förtydligar mätvinkeln och att mätresultat ska anges med en decimal. Mätvinkeln 60 grader följer av YSFS 2020:1, och promemorian bör hänvisa till den. Myndigheten vill dock påpeka att den föreslagna avrundningen till närmaste heltal i 3 § skulle innebära att skillnader i glans mellan 0,5 och 1,4 glansenheter inte syns i redovisningen. Med hänsyn till mätosäkerheten enligt Rapport 2026:3 bör avrundningen till en decimal behållas.

Myndigheten tillstyrker också förslaget att kalibrering med certifierad referensplatta ska göras minst en gång per år. Promemorian bör ange hur resultat från ringtester ska användas i kalibreringen, med utgångspunkt i Rapport 2026:4. Konsekvenserna för myndigheten och verksamheterna bedöms som små. Promemorian bör kompletteras i de delar som anges ovan. Myndigheten står till förfogande för fortsatt beredning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kerstin Wallgren. I den slutliga handläggningen har även överdirektören Lars-Göran Edfeldt deltagit. Föredragande har varit chefsjuristen Linnéa Forsberg.

Kerstin Wallgren

Linnéa Forsberg